




Znak: AE/DZiM/ZO-24-8/18

Tarnów, 2018-07-25

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materacy przeciwoleżynowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie


W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.
2. **Dotyczy poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści materac wykonany z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości i gęstości 30 kg/m^3 , z systemem wentylacyjnym?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)


3. **Dotyczy poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści materac z systemem wentylacyjnym wykonany z trzech rodzajów pianki: **dolna warstwa** wykonana z wysokoelastycznej pianki HR o gęstości 40 kg/m^3 (pianka o wysokiej porowatości pozwalająca na maksymalną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca), **górna warstwa** podzielona na trzy sekcje: sekcja głowy, sekcja lędźwiowa i sekcja stóp - sekcje głowy i stóp wykonane z pianki termoelastycznej i wiskoelastycznej o gęstości 50 kg/m^3 , sekcja lędźwiowa wykonana ze wzmocnionej pianki wiskoelastycznej o gęstości 85 kg/m^3 ?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)

4. **Dotyczy poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści materac z systemem wentylacyjnym, wykonany z trzech rodzajów pianki: **dolna warstwa** wykonana z wysokoelastycznej pianki HR o gęstości 40 kg/m^3 (pianka o wysokiej porowatości pozwalająca na maksymalną cyrkulację powietrza wewnątrz

materaca), **górną warstwę** podzieloną na trzy sekcje: sekcja głowa, sekcja lędźwiowa i sekcja stóp, sekcje głowy i stóp wykonane z pianki termoelastycznej i wiskoelastycznej o gęstości 50 kg/m³, sekcja lędźwiowa wykonana ze wzmocnionej pianką wiskoelastycznej o gęstości 85 kg/m³?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego materaca)

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i podtrzymuje, określony w zapytaniu ofertowym termin realizacji dostawy - w okresie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji 1** materaca opisanego w pytaniu.


Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** materaca opisanego w pytaniu.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **pozycji 2** materaca opisanego w pytaniu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Starszy Inspektor
d/s Zaopatrzenia


URSZULA MALEC

Zastępca Dyrektora


mgr Danuta Nosek



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 91 8636 0005 2001 0008 9164 0001

